



**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA**

Praça José Bento dos Santos, 02 - Centro - Atalaia
CEP: 87630-000 CNPJ: 75.731.018/0001-62 Telefone: (44) 3254-8101
E-mail: contabilidade_atalaia@hotmail.com Site: http://www.atalaia.pr.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 037/2024

Processo Adm.: 113/2024

Data do Processo: 09/12/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 113/2024
b) **Nr. Licitação:** 37/2024 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:** 16/12/2024
e) **Objeto da Licitação:** AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, SELADORA HORIZONTAL E OXIMETRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ATALAIA-PR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Participante: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Oxímetro de Pulso tipo: Mesa. - Oxímetro de Pulso tipo: Mesa. Com base para suporte de mesa .Display LCD com Back light Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2(Saturação de Oxigênio) e frequência de pulso- ; Relógio ,Alarme audiovisual; ADU - Adulto ou Pediátrico ou NEO - Neonatal; Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos; Faixa de Medida: 25 a 300 bpm; Faixa de alarme: 0 a 300 bpm; Resolução: 1 bpm; Exatidão ou precisão: ±2 bpm; Tempo de resposta: 1 segundo, contem: 1 Sensor reutilizável SpO2 tipo clip Adulto e Neonatal;1 Bolsa para transporte;1 Base de mesa carregadora bivolt automático 100 a 240Vac 50/60hz;1 Bateria interna recarregável. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados; Garantia de no mínimo 12 meses.	2,000	UND	1.050,00	2.100,00
Total do Participante:					2.100,00

Participante: E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA

2	Seladora horizontal e vertical automática com esteira - Seladora horizontal e vertical automática com esteira: Com Datador Em Tinta e Contador de Embalagens; permite seu uso com diversos tipos de plásticos; Tensão: bivolt; Consumo 0,5kw; Potência mínima 500w; velocidade: 0-13min; Largura de selagem: 10mm; espessura do plástico: 0.02-0.08mm; temperatura: 0-300°; capacidade esteira mínima 5kg; Garantia de no mínimo 12 meses.	2,000	UND	3.800,00	7.600,00
Total do Participante:					7.600,00

Participante: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

1	Concentrador de Oxigênio - Concentrador de Oxigênio: Registro Anvisa; Dimensão mínimas do Produto (altura x largura x comprimento): 58 x 38 x 24 cm; Vazão (Fluxo) máxima em LPM: 5LPM; Concentração de Oxigênio: 93% (+ ou - 3); Voltagem: bivolt; Consumo de energia em Watts: 120V = 360 W 220 V = 290 W; Temperatura de Operação (°C): 13C~32C; Alcance do Fluxo: 0,5 a 5,0 LPM; Garantia de no mínimo 12 meses.	2,000	UND	3.200,00	6.400,00
Total do Participante:					6.400,00

Total Geral: 16.100,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ESPAÇO FÍSICO DEST. AO ATEND. NA SAÚDE	09.002.10.301.0007.1009.4.4.90.52.00	R\$ 10.347,59
EMENDA IMPOSITIVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE ATALAIA	09.002.10.301.0007.2153.4.4.90.52.00	R\$ 13.828,41

Atalaia, 16 de Dezembro de 2024

.....
Assinatura do Responsável